



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260303001-2

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年3月自行监测(飞灰固化物)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年3月16日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码： 463000

电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托,我对泌阳县丰和新能源电力有限公司飞灰暂存间的飞灰固化物进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
飞灰暂存间	含水率、总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、六价铬、总汞、 总砷、总镍、总锰、总镉、总铬、总汞、总砷、总镍、总锰	1 次/天, 1 天

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

续表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法 GB 1222-2021 2022.03.01	电子天平 HC-C5002 202502009 00500000	/
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	紫外可见分光光度计 56 新世纪 201902802	0.004 mg/L

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

4.1.1 检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。检测人员经过考核

合格后方可上岗。

4.3 检测仪器设备均经计量检定合格，并在有效期内使用。检测过程中，定期对仪器设备进行校准，确保检测结果的准确性。

4.4 检测过程中，严格按照标准操作规程进行操作，确保检测结果的准确性和可靠性。同时，做好检测记录，做到数据可追溯。

4.5 检测完成后，及时出具检测报告，并对检测结果进行审核。

4.6 检测过程中，如发现异常情况，应及时停止检测，并查明原因，采取相应措施。

4.7 检测过程中，应严格遵守实验室安全规定，确保人员和设备的安全。

4.8 检测过程中，应做好环境保护工作，减少对环境的影响。

表 3 检测结果

样品编号 样品名称	FH-0303001-1 飞灰固化物	标准限值
检测项目		
含水率 (%)	20.0	--
总汞 (mg/L)	0.00129	0.05
总铜 (mg/L)	0.09	40
总锌 (mg/L)	0.47	100
总铅 (mg/L)	0.02	0.25
总镉 (mg/L)	0.12	0.15
总铍 (mg/L)	0.0011	0.02
总钡 (mg/L)	2.07	25
总镍 (mg/L)	0.0370	0.5
总砷 (mg/L)	ND	0.3
总铬 (mg/L)	0.31	4.5
六价铬 (mg/L)	0.051	1.5
总硒 (mg/L)	0.00113	0.1

备注：(1) 按照《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007) 制备浸出液。
(2) 标准限值执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024) 表 1 浸出液污染物控制限值。
(3) “--”表示《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024) 对 pH 值未做要求。
(4) “ND”表示检测结果低于方法的检出限。

7 质控措施

对铜、锌、砷、铬、铍和六价铬做密码质控样，质控措施结果见表 4。

表 4 质控措施汇总表

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定
铜	密码质控样	0.393 mg/L	质控样批号 BW0612 保证值 0.398±0.21 mg/L	合格
锌	密码质控样	0.488 mg/L	质控样批号 BW0613 0.481±0.25 mg/L	合格
铬	密码质控样	1.35 mg/L	质控样批号 201632 保证值 1.32±0.06 mg/L	合格
砷	密码质控样	15.8 µg/L	质控样批号 L9F4994 保证值 15.9±1.3 µg/L	合格
六价铬	密码质控样	0.99 µg/mL	质控样批号 A963175 保证值 1.01±0.06 µg/mL	合格
铍	密码质控样	5.88 µg/L	质控样批号 79R1884 保证值 5.99±0.46 µg/L	合格

8 采样及分析人员

张贺龙、邱世芃、佑冰倩、赵梦琰、刘帅虎、孙海雨

编制人: 张贺龙

审核人: 韩 翔

签发人: 李旭

日 期: 2026年 3 月 16 日



附件：采样照片

